

## START

### Controleer voordat je begint:

1. De Newton rolstoelframe-instellingen.
2. Is de bekkensteun losgedraaid en maximaal naar achteren gepositioneerd?
3. Is de thoracaalsteun in lijn met het LT-vlak\* gepositioneerd?
4. Is de arm- en beenondersteuning goed ingesteld?
5. Zijn de tubers uitgelijnd met de tuberindicatielijijn?

\*Het LT-vlak (Lumbo-Thoracaal vlak) is het overgangsgedebied van de thoracale naar lumbale wervelkolom.

### Rugcontourdiepte



Alle spanbanden op gelijke positie afstellen:  
Deep (1e indicatielijijn) of Extra Deep (2e indicatielijijn).

Let op: wijzig je de positie van Deep naar Extra Deep of andersom, controleer dan nogmaals of de tubers zijn uitgelijnd met de tuberindicatielijijn op de zitting.

### Rughoogte



Juiste positionering onderste groene stiknaad t.o.v. LT-vlak\* van de gebruiker.

### Rugleuninghoek



In hoek A, B of C afstellen.

### Zittinghoek



In hoek A, B of C afstellen.

### Bekkensteun



Inbusboutje op linker- en rechterzijde van de rugleuning losdraaien, de juiste hoek instellen en beide boutjes weer vastdraaien.

### Thoracaalsteun



Inbusboutje op linker- en rechterzijde van de rugleuning losdraaien, de juiste hoek instellen en beide boutjes weer vastdraaien.

### Drukverdeling



Voor een optimale drukverdeling zo nodig de spanbanden finetunen.

### Lateraalsteun



Met de inbusboutjes de wanghoogte van de linker- en rechterwang instellen (voorste 2 boutjes). Daarna de hoek van de lateraalsteun instellen (achterste boutje).

## TOT SLOT

### Controleer de juiste positie van:

1. Hoofdondersteuning
2. Armondersteuning
3. Beenondersteuning

### Ervaring delen

We zijn benieuwd naar jouw ervaring met de Curve 3 Deep. Dit helpt ons om het product nog beter te laten aansluiten op de behoeften van jouw cliënt. Via de QR code vind je een korte vragenlijst waarin je jouw feedback kunt geven. Alvast bedankt!

